

Unità Operativa di Radiologia

# NORME DI PREPARAZIONE

## PK RMN CARDIACA + CINE RMN CON MDC

IL GIORNO DELL'ESAME, RIPORTARE COMPILATO IL CONSENSO INFORMATO.

PREPARAZIONE SOLO PER ESAMI CON MEZZO DI CONTRASTO:

PRESENTARSI A DIGIUNO DA ALMENO 4 ORE PRIMA DELL'ESAME.

PORTARE ESITO DELL'ESAME DELLA CREATINEMIA E DELL'EMOCROMO CON DATA ANTECEDENTE NON SUPERIORE AI 30 GIORNI.

AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA NEFROPATIA DA M.D.C., SI RITIENE OPPORTUNO IL DOSAGGIO EMATICO DEL PARAMETRO (CREATINEMIA) SU TUTTI I PAZIENTI INDICATI ALL'INDAGINE DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE CON MEZZO DI CONTRASTO.

L'ASSENZA DELLA PRESCRIZIONE MEDICA E DELL'ESITO DEGLI ESAMI EMATOCHIMICI PRECLUDE L'ESECUZIONE DELL'ESAME.

NON E' NECESSARIO SOSPENDERE L'ASSUNZIONE DI FARMACI IN USO (ES: ANTI-IPERTENSIVI), ASSUMERLI CON UN PO' D'ACQUA.

CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE all'esecuzione dell'ESAME RM L'indagine non può essere eseguita in presenza di una di queste situazioni	
Paziente Portatore di pace-maker cardiaco o ICD o loop recorder qualora "un-safe" o conditional se al di fuori delle specifiche del fabbricante	
Paziente Portatore di <b>schegge o frammenti metallici</b> in sede oculare, viscerale o intracranica;	
Paziente Portatore di impianti a rete metallica, espansori tissutali (mammella)	
Paziente Portatore di protesi metalliche, impianti cocleari e protesi stapediali, placche o viti, fili, chiodi, distrattori della colonna, clips vascolari ferromagnetiche, valvole cardiache meccaniche, catetere di Swan-Ganz, elettrodi endocorporei, neurostimolatori, filtri vascolari, stent e spirali metalliche di cui non si conoscano le caratteristiche (Casa costruttrice, tipo e data di impianto) e/o la sicura compatibilità magnetica	
Paziente Portatore di <b>Tatuaggio</b> eseguito da <b>meno di 60 gg.</b>	

NB. nel caso di situazioni dubbie è obbligatorio avviare il paziente alla raccolta informativa presso la struttura che ha impiantato il "device" e, successivamente, alla valutazione de Medico Radiologo Responsabile dell'Esecuzione dell'Esame.

# **MODULO PREPARAZIONE PER PAZIENTI ALLERGICI**

### **INDAGINI CON MEZZO DI CONTRASTO**

### a cura del Medico prescrivente

I pazienti da sottoporre alla sottostante preparazione devono rispondere positivamente ad una delle seguenti condizioni:

- 1) Soggetti con allergia nota al M.D.C
- 2) Soggetti allergici con precedenti di distress respiratorio, manifestazioni orticarioidi generalizzate gravi, angioedema, broncocostrizione, shock anafilattico, perdita di coscienza.

#### LA PREPARAZIONE PREVENTIVA DEVE ESSERE ESEGUITA SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA:

- Prednisone 50mg 14 ore e 2 ore prima dell'esame
- Antistaminico, secondo disponibilità commerciale, da assumere 2 ore prima della procedura
- Omeprazolo 20 mg -14 ore e 2 ore prima della procedura

Idratazione per OS, 500ml prima della procedura ed almeno 2000ml nelle 24 ore successive alla stessa

# DI PERTINENZA DEL SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER LE IMMAGINI - nel caso di PAZIENTI NON precedentemente PREPARATI, se l'indagine è assolutamente indispensabile

A giudizio del medico Radiologo, l'indagine contrastografica potrà essere eseguita subito dopo il seguente schema preparatorio:

- Metilprednisolone 40mg
- <u>Clorfenamina 10mg, o in sostituzione, Prometazina cloridrato, fiala 50mg/2ml + soluzione fisiologica</u> 250 ml in 15 minuti circa
- Ranitidina 50mg

Data	/	Il Medico prescrivente	
------	---	------------------------	--

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri telefonici: 0331 476265 / 0331 476340



Questionario Anamnestico **Nota Informativa** Consenso informato all'Esame **Preparazione Paziente Allergico** 

rev 0

pagina 1 di 4

cons\_DDI\_010

# Servizio Diagnostica per Immagini

Responsabile: Dr. Luca Giuseppe Crespi

QUESTIONARIO ANAMNESTICO	
La presente scheda è parte integrante della documentazione clinica del Paziente e deve essere consegnata,	
debitamente compilata, al Medico Responsabile dell'indagine RM (Risonanza Magnetica) e da Questi rivalida	ta.
Nome e Cognome del Paziente	
etàanni (compiuti)	
Nome e Cognome Medico Prescrivente (M.P)	
firma <b>M.P</b> .	
Esame Proposto:	
Quesito Diagnostico (campo obbligatorio)	
CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE all'esecuzione dell'ESAME RM	
L'indagine <b>non può essere eseguita</b> in presenza di una di queste situazioni	
Paziente Portatore di pace-maker cardiaco o ICD o loop recorder qualora "un-safe" o conditional se al di fuori delle specifiche del fabbricante	
Paziente Portatore di <b>schegge o frammenti metallici</b> in sede oculare, viscerale o intracranica;	
Paziente Portatore di impianti a rete metallica, espansori tissutali (mammella)	
Paziente Portatore di protesi metalliche, impianti cocleari e protesi stapediali, placche o viti, fili, chiodi, distrattori	
della colonna, clips vascolari ferromagnetiche, valvole cardiache meccaniche, catetere di Swan-Ganz, elettrodi	_
endocorporei, neurostimolatori, filtri vascolari, stent e spirali metalliche <b>di cui non si conoscano le</b>	
caratteristiche (Casa costruttrice, tipo e data di impianto) e/o la sicura compatibilità magnetica	
Paziente Portatore di <b>Tatuaggio</b> eseguito da <b>meno di 60 gg.</b>	<u> </u>
NB. nel caso di situazioni dubbie è obbligatorio avviare il paziente alla raccolta informativa presso la struttura che h	a impiantato

il "device" e, successivamente, alla valutazione de Medico Radiologo Responsabile dell'Esecuzione dell'Esame.

CONTROINDICAZIONI RELATIVE all'esecuzione dell'ESAME RM		
L'effettiva controindicazione all'effettuazione dell'indagine RM, anche in caso di sussistenza di una sola delencate è valutata dal Medico Responsabile dell'Esecuzione dell'Esame	delle cond	izioni sotto
Claustrofobico ?	SI	NO
In <b>stato di Gravidanza?</b> (Settimana)	SI	NO
N.B: la Risonanza magnetica è controindicata nel I trimestre)		
Ha febbre?	SI	NO
Portatore di protesi del cristallino applicata antecedentemente all'anno 1985 ?	SI	NO
Portatore di <b>schegge o frammenti metallici in sedi non vitali</b> (ha lavorato come tornitore, saldatore, carrozziere? Ha mai subito incidenti stradali, di caccia o ferite di guerra?)	SI	NO
Ha subito <b>interventi chirurgici</b> su collo, addome, torace, arti? indicare quali:	SI	NO
Portatore di <b>pompe di infusione di farmaci</b> ?	SI	NO
Portatore di <b>dispositivi intrauterini</b> ? Se <b>sì</b> , utile valutazione ginecologica successiva all'esame	SI	NO
Portatore di <b>protesi dentarie fisse o mobili</b> ?	SI	NO
Portatore di <b>shunt liquorale ventricolo-peritoneale</b> ?	SI	NO
Portatore di <b>tatuaggio</b> ? Se costituito da materiale ferromagnetico può causare surriscaldamento e/o irritazione locale fino ad ustioni	SI	NO
Presenza di cosmetici con polveri ferromagnetiche (mascara, eyeliner,etc.)?	SI	NO
Portatore di <b>piercing</b> ? ( <i>può mobilizzarsi o causare ustioni</i> )	SI	NO



Questionario Anamnestico Nota Informativa Consenso informato all'Esame Preparazione Paziente Allergico

# Servizio Diagnostica per Immagini

Responsabile: Dr. Luca Giuseppe Crespi

cons\_DDI\_010

rev 0

pagina 2 di 4

Prescrizione per esami RM, solo se effettuati con mezzo di contrasto paramagnetico (m.d.c) Si rammenta, nel caso di esame RM con contrasto, che è opportuno un digiuno di 6 ore prima dell'esame.				
La presenza di insufficienza renale grave o moderata può essere concausa di una grave patologia denominata fibrosi nefrogenica sistemica, <u>si richiede che tutti i pazienti effettuino, entro i 30 giorni che precedono l'esame di RM, il dosaggio ematico della creatininemia e portino il risultato il giorno dell'esame.</u>				
i) Pazie	nte con nota allergia al m	dc S	I	NO
•	<b>nte allergico</b> con precedent eralizzate gravi, angioedema ienza)	•	e, shock anaf	
Nel caso di risposta af presente modulo.	fermativa è consigliata	la preparazione	<u>Preventiva</u>	riportata a pagina 4, del
	Il Medico Respon poste fornite dal paziente agnostiche preliminari A	ed espletata l'e	ventuale vis	
Data	Firma de	el Medico Respon	sabile dell'	esame
	Tima ac	ricalco Respon	isabile dell'	
	CONSENSO INFO	RMATO all'indag	jine RM	
all'esposizione ai can	IL F stato sufficientemente inf npi elettromagnetici gene ortanza delle risposte forn	rati dall'appared	chiatura Ri	1. Pertanto, consapevole
Data	Firma del Pazient	re (o del Genitor:	e o Tutore n	ei casi nrevisti)
Responsabile della RM sull	signore pazienti in stato di g a tipologia e sui possibili ris aza accertata o presunta all'atto	gravidanza, prever chi dell'esame	ntivamente in	
ACCONSENTO di sotto	oormi all'indagine	· NON ACCONSE	NTO di sott	opormi all'indagine



Questionario Anamnestico Nota Informativa Consenso informato all'Esame Preparazione Paziente Allergico

## Servizio Diagnostica per Immagini

Responsabile: Dr. Luca Giuseppe Crespi

cons\_DDI\_010

rev 0

pagina 3 di 4

#### **NOTA INFORMATIVA**

L'esame con **Risonanza Magnetica** viene effettuato senza l'impiego di raggi X, utilizzando solo un forte campo magnetico ed onde a radiofrequenza.

La durata dell'indagine può essere molto diversa in rapporto al tipo di esame (20 minuti – 1 ora). Il personale della struttura erogatrice <u>è sempre presente e a Sua disposizione per qualsiasi necessità</u>.

# SI PREGA DI PORTARE, CON SE', TUTTI GLI ESAMI RADIOLOGICI E STRUMENTALI PRECEDENTI ED EVENTUALI COPIE DI CARTELLE CLINICHE INERENTI AL QUESITO DIAGNOSTICO

Per effettuare l'esame TOGLIERE indumenti con parti metalliche, lenti a contatto, protesi auricolari e tutte le altre protesi mobili, mollette per capelli, cosmetici dal volto, lacca, piercing, occhiali, gioielli, orologi, ganci, monete e ogni altro tipo di oggetto metallico, carte di credito, schede magnetiche.

#### IN CASO DI IMPIEGO DI MEZZO di CONTRASTO

- Per l'esecuzione di alcune indagini di RM può essere necessaria l'iniezione endovenosa di **mezzo di contrasto** paramagnetico.
- Come con tutti i farmaci, si possono verificare effetti collaterali o reazioni allergiche.
- Solo raramente sono state segnalate evenienze più gravi e pericolose per la vita del Paziente.

Le Strutture Diagnostiche erogatrici di esami RM, dispongono comunque di personale e di attrezzature idonee ad affrontare tali reazioni avverse.

L'esame non viene eseguito ai pazienti allergici al lattice in quanto la struttura non dispone di procedure rianimatorie latex free

CONSENSO ALL'ESAME con mezzo di contrasto (per il paziente in generale, in particolare per la donna in stato di gravidanza)			
Esaurientemente informadal Dott./Dott.ssa	ato/a		
sui rischi concernenti l'e	ffettuazione dell'esame di RM	con impiego di mezzo di contrasto per	via endovenosa
- ACCONSENTO di sott	copormi all'indagine	- NON ACCONSENTO di sottopormi a	all'indagine
Data	Firma	del/la paziente o del genitore o tutore	
Data	del Me	Firma leggibile dico che ha comunicato le informazioni	



Questionario Anamnestico Nota Informativa Consenso informato all'Esame Preparazione Paziente Allergico

# Servizio Diagnostica per Immagini

Responsabile: Dr. Luca Giuseppe Crespi

cons\_DDI\_010

rev 0

pagina 4 di 4

	PREPARAZIONE PAZIENTE ALLERGICO
	PROMEMORIA
Si ripo	rta la preparazione dei pazienti allergici, qualora si è risposto positivamente ad una delle seguenti condizioni:
i)	Soggetti con allergia nota al m.d.c
ii)	Soggetti allergici con precedenti episodi di distress respiratorio, manifestazioni orticarioidi generalizzate gravi, angioedema, broncocostrizione, shock anafilattico, perdita di coscienza

#### Si ritiene che la preparazione PREVENTIVA debba essere eseguita secondo il seguente schema:

#### **PREPARAZIONE**

- Prednisone 50 mg 14 ore e 2 ore prima della procedura
- Antistaminico, secondo disponibilità commerciale, da assumere 2 ore prima della procedura
- Omeprazolo 20mg 14 ore e 2 ore prima della procedura

Idratazione per OS, 500 ml prima della procedura ed almeno 2000 ml nelle 24 ore successive alla stessa

#### DI PERTINENZA della U.O. di Radiologia

Nel caso di PAZIENTI NON precedentemente PREPARATI, se l'indagine è assolutamente indispensabile.

A giudizio del medico esecutore, l'indagine RM potrà essere eseguita subito dopo il seguente schema preparatorio:

- Metilprednisolone 40 mg
- Clorfenamina 10 mg o, in sostituzione, Prometazina cloridrato, fiala 50 mg/2ml
- + Sol. Fisiologica 250 ml in 15 minuti circa
- Omeprazolo 20mg